



Roma, 06.05.2019

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201900004087/AG
Oggetto: Ministero della Salute – Infezione da Mycobacterium chimaera - indicazioni operative riguardanti gli aspetti di laboratorio

Circolare n. 11505

SS
8.9
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ministero della Salute – indicazioni operative, riguardanti gli aspetti di laboratorio,
in merito ai casi di infezione da Mycobacterium chimaera***

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota del Ministero della Salute concernente alcune indicazioni finalizzate ad uniformare, sul territorio nazionale, le procedure operative per la diagnosi e l'identificazione di laboratorio del Mycobacterium chimaera, migliorando la capacità di individuazione dei casi e dei dispositivi contaminati, e a limitare il verificarsi di ulteriori infezioni.

Il rischio di infezione da M. chimaera è associato all'esposizione ad aerosol nel corso dell'utilizzo di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Units, HCU) del sangue in circolazione extra-corporea durante intervento chirurgico a torace aperto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All. 1